DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA MÁQUINA DE MOVIMIENTO PASIVO CONTINUO PARA LA TERAPIA DE RODILLA

Esteban Emilio Rosero G.*

Rodrigo Martínez D.**

Elmer Galvis L.***

RESUMEN

En este artículo se presenta el diseño sistemático de un prototipo para la terapia de rodilla mediante la aplicación de conceptos integrados de diferentes áreas de la ingeniería como la automática, la mecánica, la electrónica y la medicina. Este diseño provee de una solución económica para realizar sesiones de terapia en la rodilla.

En el proceso de diseño se utilizó el Dibujo Asistido por Computadora (CAD) y la Simulación Dinámica (DS), las cuales facilitaron la construcción del prototipo. Se obtuvo un modelo analítico y se compararon con los resultados de la simulación dinámica para validar los modelos

* Ingeniero Mecánico - Universidad del Valle

** M.Sc. en Automática - Profesor Asociado de la Facultad de Ingeniería - Universidad del Valle

*** M.Sc. en Ingeniería Mecánica - Profesor Asistente de la Facultad de Ingeniería - Universidad del Valle.

computacionales.

Finalmente se diseñó y construyó un prototipo así como su sistema de potencia y de control.

Palabras Claves: Movimiento Pasivo Continuo (MPC), terapia de rodilla, simulación dinámica, sistemas de control, diseño.

ABSTRACT

This article shows the systematic design of a prototype for the knee therapy using integrated concepts of different engineering areas like Automatics, Mechanics, Electronics and Medicine. This design provides a cheap solution to undertake knee therapies.

During the design process Computer Aided Design (CAD) and Dynamic Simulation (DS) tools were used in order to ease the prototype construction. An analytic model was obtained and it was compared with the dynamic simulation results to validate the computational models.

Finally, a prototype including its power system and control was designed and constructed.

Keywords: *Continuous Passive Motion (CPM), knee therapy, dynamic simulation, control systems, design.*

1. INTRODUCCIÓN

La recuperación de pacientes después de una cirugía que se lleva a cabo en alguna articulación muscolo-esquelética, por huesos fracturados o problemas articulares, es manejada mediante terapias para mantener el arco de movilidad articular, prevenir la adhesión y rigidez articular y la atrofia de los músculos, disminuir el período de hospitalización y rehabilitación, además de darle comodidad al paciente [1], [2], uno de los métodos utilizados es la terapia de MPC.

En Colombia aún no se cuenta con la facilidad de adquirir máquinas de MPC. El objetivo académico de este trabajo es generar investigación y desarrollo de tecnología propia que conlleven a la innovación, apropiando y adaptando tecnología de punta al medio nacional, así como sustitución de importaciones.

2. ASPECTOS TEÓRICOS

2.1. Definición del Movimiento Pasivo

El MPC es una modalidad de terapia postoperatoria, producido por algún mecanismo diferente al grupo muscular actuante sobre la articulación, el paciente no realiza esfuerzo para hacer el movimiento. La articulación se somete a un rango de movimiento preestablecido y por un período de tiempo determinado.

Figura 1. Movimiento de Flexión-Extensión y Ejes de Articulación

2.2. Articulación de la Rodilla

La rodilla es un vínculo entre la cadera y el tobillo, concilia dos imperativos contradictorios: poseer gran estabilidad y a la vez gran movilidad. Las partes importantes de la rodilla son: huesos, ligamentos, tendones y cartílagos.

2.3. Movimientos Globales de la Rodilla

Los principales movimientos de la rodilla [8] son (figura 1): **Flexión, extensión, rotación interna y rotación externa.**

2.4. Ejes de la Articulación de la Rodilla

El primer grado de libertad está condicionado por el eje transversal XX' (figura 1), alrededor del cual se efectúan los movimientos de flexión-

Figura 3: Diagrama de Cuerpo Libre para la Solución Analítica

El recorrido de la tuerca x en función del ángulo ψ formado entre la prolongación del eje del fémur y el eje de la pierna, es:

$$x = \sqrt{b^2 + l^2 + 2bl \cos(\psi_0)} - \sqrt{b^2 + l^2 + 2bl \cos(\psi)} \quad (2)$$

El mínimo valor del ángulo de inicio ψ_0 debe ser aproximadamente 5° , para que no se alineen la base de la pierna y la base del muslo.

Solución Analítica de Fuerzas. Se calcula la carga que se genera en el eje del tornillo en función del ángulo de la pierna debido a los pesos de los segmentos del miembro inferior.

Realizando el diagrama de cuerpo libre (figura 3) con las longitudes determinadas (figura 2) y aplicando las leyes de Newton y el sistema de fuerzas equivalentes de los cuerpos rígidos se obtiene:

En la barra 1:

$$\sum F_y = 0 = V - W_{p+p} - A_y - W_{b_p} \quad (3)$$

$$\sum F_x = 0 = Q - A_x \quad (4)$$

$$\sum M_A = 0 = -W_{p+p} n \cos(\theta - S_0) - W_{b_p} k \cos(\theta - S_0) + V b \cos \theta - Q b \sin \theta \quad (5)$$

Donde:

W_{b_p} = Peso del soporte de la pierna y el pie.

En la barra 2:

$$\sum F_y = 0 = A_y + B_y - W_m - \frac{M}{x} \cos \alpha - W_{b_m} \quad (6)$$

$$\sum F_x = 0 = A_x + B_x - \frac{M}{x} \sin \alpha \quad (7)$$

$$\sum M_A = 0 = W_m z \cos \alpha + W_{b_m} h \cos \alpha + \frac{M}{z} z + B_x \sin \alpha - B_y l \cos \alpha \quad (8)$$

Donde:

W_{b_m} = Peso del soporte del muslo

No se consideran las aceleraciones de las barras debido a que son aproximadamente cero.

Entonces la carga de flexión V (figura 4) del tornillo de potencias es:

$$V = \frac{W_m \left(1 - \frac{z}{l}\right) + \frac{M}{z} \left(\cos \alpha - \frac{z}{l \cos \alpha} + \frac{\sin^2 \alpha}{\cos \alpha}\right) + W_{p+p} \left(\frac{n \cos(\theta - S_0)}{b \sin \theta} \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + 1\right)}{1 + \frac{\cos \theta \sin \alpha}{\sin \theta \cos \alpha}} + W_{b_m} + \frac{W_{b_m} h}{l} \quad (9)$$

Que se puede expresar en función del ángulo de la rodilla ψ utilizando las expresiones:

$$\sin \theta = \frac{l \sin \psi}{(b^2 + l^2 + 2bl \cos \psi)^{1/2}} \quad (10)$$

$$\sin \alpha = \frac{b \sin \psi}{(b^2 + l^2 + 2bl \cos \psi)^{1/2}} \quad (11)$$

$$\cos \alpha = \sqrt{1 - \frac{b^2 \sin^2 \psi}{(b^2 + l^2 + 2bl \cos \psi)}} \quad (12)$$

$$\cos \theta = \sqrt{1 - \frac{l^2 \sin^2 \psi}{(b^2 + l^2 + 2bl \cos \psi)}} \quad (13)$$

Figura 4: Comparación de las Fuerzas de Flexión y de Empuje de Working Model y de la Solución Analítica

La carga de empuje axial Q (figura 4) que actúa en la dirección axial del tornillo es:

$$Q = V \frac{\cos \theta}{\sin \theta} - \frac{(W_{p+p}n + W_{bpk}) \cos(\theta - S_0)}{b \sin \theta} \quad (14)$$

Con la carga de empuje Q ahora se puede obtener el torque necesario para vencer la carga (figura 5), por medio de la expresión:

$$T_s = \frac{F_x d_m}{2} \left(\frac{P \cos \lambda + \pi \mu d_m}{\pi d_m \cos \lambda - \mu p} \right) \quad (15)$$

Donde:

F_x = Fuerza en la dirección axial del tornillo

d_m = Diámetro medio del tornillo

p = Paso del tornillo

μ = Coeficiente de fricción

λ = Angulo de la rosca

$F_x = Q + \mu V$

y la potencia (figura 5) necesaria para el sistema se calcula a partir de la expresión:

$$P = \frac{2\pi n T_s}{60} \quad (16)$$

Donde:

P = Potencia

n = rpm

T = Torque

Simulación Dinámica en Working Model. Para la generación de los movimientos de la máquina de MPC por medio de Working Model se aplicó a la tuerca una velocidad lineal igual a la generada por

Figura 5: Comparación de Torque y Potencia de Working Model y la Solución Analítica

Figura 6: Modelo para la Simulación Dinámica por Working Model

el giro del tornillo. Se añade el torque resistivo de 1,5 N*m recomendado por Hiromichi Fujie [6]. El modelo se muestra en la figura 6. La tuerca se mueve horizontalmente paralela a los dos ejes para la máquina MPC.

Se determina la fuerza de flexión V y la fuerza de empuje o axial Q (figura 4). A partir de la fuerza de empuje o axial se calcula el torque y potencia (figura 5) requerida para el sistema, donde la fuerza de empuje $F_x = Q + \mu V$. Comparando la Simulación Dinámica con la solución analítica se puede ver que tienen comportamiento similar, difieren un poco en las magnitudes; esto es debido a las aproximaciones y consideraciones que se hicieron en cada caso.

Orientación del Modelo de Working Model. La simulación teórica realizada a partir del modelo de Working Model muestra que la orientación o ángulo de pierna ψ que alcanza la máquina de MPC en el movimiento de flexión-extensión tiene como valor máximo 135° (figura 7).

Figura 7: Orientación o Ángulo de Rodilla en función del Tiempo

3.5. Descripción de la Máquina de MPC

La máquina de MPC se construyó con tubos de acero inoxidable ASTM 316. Se utilizaron bujes de bronce fosforado para el acople entre la tuerca y el tornillo de potencia y aluminio para las bases y la tuerca. Se utilizaron dos rodamientos autoalineantes de carga axial y radial.

La unidad consiste de una base, soporte para el pie, la pierna y el muslo, tornillo de potencia, eje de apoyo del tornillo de potencia, pasadores, motor de corriente continua, plantillas de felpa.

3.6. Análisis de Esfuerzos

Se toma la fuerza de flexión máxima V en el centro del eje del tornillo de potencia para desarrollar los cálculos, la fuerza de empuje Q y el torque T como se ve en la figura 8.

Figura 8: Estado de cargas del tornillo

Se toma el tornillo con un diámetro exterior $d_e = 15,875$ mm, paso 3,275 mm y con condiciones de carga de flexión alternante, axiales medios y cortantes medios debido al comportamiento de las cargas, fuerza de flexión $V=100N$, fuerza de empuje $Q=80N$, coeficiente de fricción $\mu=0,35$, longitud del tornillo de 560 mm. Con los valores máximos de las fuerzas de flexión, torsión y axial, se calculan los diferentes esfuerzos, con el círculo de Mohr [7] se obtienen los esfuerzos principales para los diferentes tipos de cargas. Utilizando la teoría de Misses-Hencky [7] o energía de distorsión se obtienen los esfuerzos equivalentes:

$$\sigma^* = \left[\frac{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_1 - \sigma_3)^2}{2} \right]^{1/2} \quad (17)$$

Donde:

$\sigma^* =$ Esfuerzo de Von Mises

$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3 =$ Esfuerzos principales

Utilizando la teoría de Soderberg [6]:

$$\frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_{yt}} = \frac{1}{F_s} \quad (18)$$

$S_e =$ Límite de resistencia a la fatiga del elemento

Mecánico

$\sigma_a =$ Esfuerzos alternos

$\sigma_m =$ Esfuerzos medios

$S_{yt} =$ Resistencia a la cedencia

$F_s =$ Factor de seguridad

$$\frac{59,50}{366,86} + \frac{1}{276} = \frac{1}{F_s} \quad (19)$$

Se obtiene el factor de seguridad del tornillo de potencia que es igual a $F_s = 6$

Para calcular la deflexión máxima y_{max} :

$$y_{max} = \frac{VL^3}{48EI} \quad (20)$$

Donde:

$L =$ Longitud entre los dos apoyos

$E =$ Módulo de elasticidad

$I =$ Momento de inercia

$$y_{max} = \frac{VL^3}{48EI} = \frac{50(0,56)^3}{48(190 \cdot 10^6)(2,485 \cdot 10^{-9})} = 0,087mm$$

Lo que el diseño por rigidez y resistencia no tiene ningún problema, por lo tanto el diseño se encuentra en una área segura.

3.7. Sistema de Control

La figura 9 representa el diagrama general de bloques del controlador, acoplado con el módulo actuador [8], [9] y con el módulo comparador.

Módulo controlador. Compuesto de tres etapas separadas para establecer los valores deseados de:

- Rango de movimiento
- Posición inicial

4. PRUEBAS DE DESEMPEÑO DE LA MÁQUINA DE MPC

Figura 9: Esquema del Circuito de Control

Subsistema de control de rango de movimiento.

Se prevee la posibilidad de obtener un ángulo de rotación de 0° - 135° . Se puede controlar a voluntad. Este dispositivo opera en lazo cerrado comparando las señales de posición actual máxima y mínima con las señales de referencia de posición también de máxima y mínima establecidas por el médico.

Subsistema de Posición Inicial. Proporciona la posibilidad de establecer el punto de inicio de carrera de desplazamiento.

Subsistema de Control de Velocidad. Las velocidades de desplazamiento del mecanismo de MPC, son relativamente bajas, del orden de 1 a 10 min. por ciclo completo ($0^\circ - 90^\circ - 0^\circ$). Son establecidas por el médico de acuerdo a las características de cada caso en particular. Se diseñó un accionamiento de ganancia proporcional variable. Para garantizar el suministro de energía al sistema se diseña y construye una fuente de poder regulada dual.

Construcción del Módulo Actuador. Para el manejo de potencia se diseña y construye el módulo actuador compuesto por el amplificador operacional *LM344* tipo industrial, dos transistores complementarios *2N3055* y *Mj2955* para el manejo del circuito de potencia del motor (figura 10).

Figura 10: Circuito Electrónico del Módulo Actuador

4.1. Sistema de Control

El sistema de control automático de rango de movimiento, de velocidad y de posición inicial funciona de acuerdo a las expectativas especificadas en el diseño.

4.2. Rango de Movimiento

Se alcanza un rango de movimiento de 5° a 132° , apropiado para la mayoría de las terapias médicas.

4.3. Ruido Generado por la Máquina de MPC

La figura 11 muestra dicho comportamiento. La EPA (Environmental Protection Agency) ha determinado niveles de sonido menores a 45 dBA. El nivel de ruido [10] equivalente L_{eq} si el intervalo de tiempo es corto (< 1 hora) se define como:

$$L_{eq} = 10 \log \left| \frac{1}{N} \sum_{i=l}^N 10^{\frac{Li}{10}} \right| \quad (21)$$

Donde:

$Lg = \text{Logaritmo base } 10$

L_i = Mediciones de ruido

N_i = Número de mediciones

La máquina de MPC funciona con un nivel de ruido equivalente L_{eq} de 9,77 dBA, el cual se encuentra dentro de los valores aceptados por la EPA.

4.4. Potencia del Motor

La potencia mecánica fue calculada por medio de las simulaciones virtuales y analíticas, y medida experimentalmente (figura 12).

Figura 11: Ruido Generado por la Máquina de MPC

Figura 12: Potencia Mecánica o de Salida del Motor

4.5. Rango de Velocidades

Las velocidades alcanzables por el mecanismo de MPC son de 1 a 9 minutos por cada ciclo completo.

5. CONCLUSIONES

Se diseñó, construyó y se evaluó un prototipo de MPC para la terapia de rodilla con las siguientes

características:

Rangos de movimientos ajustables

Flexión-extensión rodilla 5° a 132°

Barras ecualizables

Fácil de operar

Alineación anatómica para el eje de movimiento

Para pierna izquierda y derecha

Velocidades variables

Para un amplio rango de personas (15 años a un adulto)

La máquina está diseñada para la articulación de rodilla y puede ser utilizada para la terapia de cadera, los movimientos que se desarrollan para la rodilla son los mismos que para la terapia de cadera, excepto en sus arcos de movilidad.

La máquina de MPC genera niveles de ruidos equivalente L_{eq} de 9,77 dBA, lo cual está entre lo permitido por la Environmental Protection Agency.

Esta máquina es una solución en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de la población, debido a la disminución de costos tanto de fabricación y de alquiler, buscando siempre la masificación del tratamiento de lesiones.

6. RECOMENDACIONES

Para mejorar el diseño, podría pensarse en cambiar el sistema electromecánico (tornillo de potencia y motor eléctrico) por un nuevo sistema electromagnético, todo esto para evitar las pérdidas debidas a la fricción y a la cantidad de elementos.

Desarrollar sistemas de control automático que sean de tipo digital y a control remoto.

La máquina de MPC debe construirse con materiales que no generen infección a las heridas quirúrgicas. Deben utilizarse materiales no conductores o materiales aislantes.

Con la modernización del equipo se podrían

realizar tratamientos muy complicados automáticamente a costos moderados, donde varias máquinas puedan ser manejadas desde un mando central computarizado con las respectivas estandarizaciones de los tratamientos, en la perspectiva de llegar aun control inteligente.

7. REFERENCIAS

- [1.] McINNES J. et all. A Controlled Evaluation of Continuous Passive Motion in Patients Undergoing Total Knee Arthroplast, Jama. Vol. 268, No.11, September 16, 1992.
- [2.] ALFREDSON H. Lorentzon R. Superior results with continuous passive motion compared to active motion after periosteal transplantation. A retrospective study of human patella cartilage defect treatment. , Vol 7, NO 4, 1999.
- [3.] KAPANDJI I. A. Cartillas de Fisiología Articular. Esquemas comentados por mecánica articular. Cuaderno II, La Rodilla. México: Masson, 1985.
- [4.] CRONEY, John. Antropometría para Diseñadores.
- [5.] WINTER, David A. Biomechanics and Motor Control of Human Movement. Edition John Wiley & Sons, Inc. Waterloo, Ontario, 1990.
- [6.] HIROMICHI Fujie, GLEN A. Livesay, MASAHIRO Fujita and SAVIO L-Y. Woo. Forces and Moments in Six-DOF at the Human Knee Joint: Mathematical Description for Control. Journals of Biomechanics, Vol. 29, No. 12, pp. 1577-1585, 1996.
- [7.] SHIGLEY Joseph Edward y MISCHKE Charles. Diseño en Ingeniería Mecánica. España: Editorial McGraw-Hill, 1990.
- [8.] OGATA Katsuhiko. Ingeniería de Control Moderna. México. Prentice Hall. Tercera Edición, 1998.
- [9.] KUO Benjamín. Sistemas de Control Automático. México: Prentice Hall Hispanoamericana S.A., 1996.
- [10.] WILSON Charles. Computer Integrated Machine Design. U.S.A: Editorial Prentice Hall, 1997.
- [11.] WEBSTER, John. Medical Instrumentation: Application and Design. Second edition. U.S.A. Edition for Houghton Mifflin Company, 1992.